




CombiHaler® mit Respimat® Adapter

Der Respimat® Adapter wurde exklusiv zur Verwendung mit dem CombiHaler® entwickelt.



Verbindung und Gebrauch des Respimat® Inhalators mit dem CombiHaler® mit Hilfe des Respimat® Adapters:


Bevor Sie das Produkt zusammenbauen, beachten Sie bitte, dass alle Teile vorliegen:

- CombiHaler®
- Respimat® Inhalator
- Respimat® Adapter

Bitte beachten Sie beim Gebrauch des CombiHaler® die besonderen Vorsichtsmaßnahmen und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Für die Handhabung des Respimat® Inhalators beachten Sie bitte dessen Gebrauchsanweisung.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

ZUSAMMENBAU MIT DEM COMBIHALER®



Öffnen Sie die Verschlusskappe mit der Bezeichnung „Neb“ und setzen Sie den Adapter ein. Wenn der Adapter korrekt platziert ist, setzen Sie den Respimat® Inhalator unter Beachtung der Ausrichtung in den Adapter ein. Eine kleine Einkerbung an der Seite des Adapters hilft Ihnen dabei, den Respimat® richtig einzusetzen. Die Verschlusskappe des Respimat® befindet sich dann an der Seite mit der Einkerbung.

CombiHaler® mit Respimat® Adapter

Artikel-Nr. 381



Weitere Informationen: info@cegl.de

Respimat® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Boehringer Ingelheim International GmbH. CombiHaler® / CombiHaler Solo® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Laboratoire ProtecSom SAS. Die Patente wurden zusammen von der Universität Tours, INSERM und Laboratoire ProtecSom angemeldet.

OptimHal
Laboratoire

CombiHaler® /
CombiHaler Solo® is
manufactured in France by:
**Laboratoire OptimHal®-
ProtecSom® SAS,**
ZA d'Armanville BP 46,
50700 Valognes-France
Tel +33 233 887 094
Fax +33 233 887 095
info@laboprotecsom.com
www.laboprotecsom.com

CEGLA
MEDIZINTECHNIK


Vertrieb Deutschland:

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 9213-0
info@cegl.de
www.cegl.de



CombiHaler® with Respimat® connector

The Respimat® connector is exclusively designed to adapt to CombiHaler® spacer.



Mounting and use of Respimat® inhaler on CombiHaler® with Respimat® connector:


Before mounting the device, please make sure you have in your possession:

- a. CombiHaler® spacer
- b. Respimat® inhaler
- c. Respimat® connector

To use CombiHaler® with Respimat® connector please also follow the instructions of CombiHaler®. For the operationalization of the Respimat® inhaler, refer to Respimat® operating instructions.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

ASSEMBLY WITH COMBIHALER®



Open the cap of the annotated “Neb” and insert the Respimat® connector. Once the connector is correctly positioned, insert the Respimat® inhaler into the connector minding the orientation. A small notch on the side of the connector allows for the correct insertion of the inhaler. The Respimat® cap must be placed on the side of the notch.

CombiHaler® with Respimat® connector Article-no. 381



Further information: info@ceгла.de

The trademark Respimat® belongs to Boehringer Ingelheim International GmbH.
The trademark CombiHaler® / CombiHaler Solo® belongs to Laboratoire ProtecSom SAS.
The patents pending belong to Tours University, INSERM and Laboratoire ProtecSom together.

06/2018

OptimHal
Laboratoire

■ CombiHaler® /
CombiHaler Solo® is
manufactured in France by:
**Laboratoire OptimHal®-
ProtecSom® SAS,**
ZA d'Armanville BP 46,
50700 Valognes-France
Tel +33 233 887 094
Fax +33 233 887 095
info@laboprotecsom.com
www.laboprotecsom.com

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

Vertrieb Deutschland:

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 9213-0
info@ceгла.de
www.ceгла.de